

И Р Б
МИНИСТЕРСТВО
МАШИНОСТРОЕНИЯ
ГХО „ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
И АВТОМАТИЗАЦИЯ“ — СОФИЯ
ЗАВОД ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИБОРОВ
БЛАГОЕВГРАД

П А С П О Р Т

СТОПКИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ
ДЛЯ МИКРОМЕТРА

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Служит для прикрепления микрометров.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Обхват затяжки — $0 \div 18$ мм
2. Угол поворота затягивающих челюстей в вертикальной равнине — 145° .

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Стойка
2. Паспорт

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Прибор состоит из основания и скобы, при помощи которой производится прикрепление микрометра. До начала работы необходимо снять смазку со всех поверхностей стойки при помощи салфетки, смоченной бензином, а после этого вытереть сухой салфеткой.

Микрометр вкладывается в скобу и затягивают до упора.

После окончания работы стойку затянутую не оставлять.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ

Проверку производят согласно требованиям
ОН 04—57006—72.

ОТКК:..... 198.....год.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Завод гарантирует устранение дефектов, возникших по вине производителя в течение 12 месяцев со дня поступления стойки у потребителя.

Рекламации принимаются при условии, что внешний вид изделия не изменился и не производились никакие ремонты.

1855/85 2000 Б-д